

【参考】 自動滴定装置周辺機器 接続対応表

○:使用可能 △:一部機能に制限あり ×:使用不可

自動滴定装置 形式	マルチコントロールユニット MC-3000	各滴定用測定ユニット S/M/P/E-3000	タイトステーション TS-3000	ビュレット B-3000	ビュレットヘッド H-3000	スターラ K-3000T	簡易分注器 D-3000	各滴定用測定ユニット S/M/P/E-1700	ビュレット B-1700	ビュレットヘッド H-1700	スターラ K-2000T2	タイトステーション TS-1700	自動サイクラ C-1700	分注器 D-103T	簡易分注器 D-2000	オートビュレット UCB-3000
COM-1700	△※1	○	△※1	△※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※1
COM-1700A	△※1	○	△※1	△※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※1
COM-1750	△※1	○	△※1	△※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※1
TITRA-A16	△※1	○	△※1	△※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※1
COM-A19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
COM-1760	△※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○

※1 COM-A19で実装された下記の機能は使用できません。

- ① パージ機能におけるエコノミー動作回数の変更
- ② パージ機能におけるパージ方向の変更(吐出先に滴定セルまたは試薬ビュレットを選択可能)

・COM-1700に水分測定を増設する場合は、水分タイトステーションTQ/TQV-2200が必須です。

TQ/TQV-2200の接続対応については、「水分測定装置周辺機器 接続対応表」のAQ/AQV-2200の欄を参照ください。

なお、水分測定を増設する場合、COM-1700ソフトウェアのメインVerが「1. X X」の場合には有償でのVerUPが必要となります。

・COM-1700Aに水分測定を増設する場合は、水分タイトステーションTQ/TQV-2200が必須です。

TQ/TQV-2200の接続対応については、「水分測定装置周辺機器 接続対応表」のAQ/AQV-2200Aの欄を参照ください。

・COM-A19に水分測定を増設する場合は、水分タイトステーションTQ/TQV-3000が必須です。

TQ/TQV-3000の接続対応については、「水分測定装置周辺機器 接続対応表」のMOICO/MOIVO-A19の欄を参照ください。

【注意】 タイトステーション/サイクラ/気化装置を増設する場合は、既設装置バージョンを確認の上、

「タイトステーション/サイクラ/気化装置 増設時の確認のお願い」に記入し、業務部への
送付を厳守してください。